



## CERTIFICADO DE CALIDAD N° R32798

<b>FECHA</b>	8 de Abril de 2022
<b>CLIENTE</b>	SERVICIOS TECNICOS E IMPORTACIONES STI LTDA
<b>CANTIDAD</b>	30
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Sonda PT100/A 4 Hilos Ø6x90L Cable silicona 2.5mts
<b>REFERENCIA</b>	SPT-S6.90/2.5

Resitermica certifica que las sondas suministradas en nuestra factura FA2022/220058 del 13 de Enero de 2022, correspondientes a su pedido, son sensores de temperatura PT100 clase A, fabricación en 4 hilos, vaina de acero inoxidable AISI 316 diámetro 6 x longitud 90 mm y 2,5 metros de cable de silicona, y se corresponden a las características indicadas con nuestro código SPT-S6.90/2.5 y que la gestión de producción del mismo, su control y manipulación se ha realizado en nuestras instalaciones, siguiendo las directivas comunitarias EEC 584.

Nota. Los resultados expresados en el presente certificado, se refieren al momento y condiciones de realización de las mediciones. Resitermica, no se responsabiliza del uso inadecuado de estos sensores.

Luis Elias

Director técnico